DEKLARACJA ZGODNOŚCI

(DECLARATION OF CONFORMITY)

MY **CAS POLSKA Sp. z o.o.**
(we) ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa
www.wagiCAS.pl

CE 0122

oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że wyrób :
(declare that following product)

Produkt **Waga nieautomatyczna**
(product) (non-automatic weighing instrument)
Producent CAS CORPORATION
(manufacturer)
Typ CL 5500-D
(type)

jest zgodny z następującymi dyrektywami :
(conform to the following directives)

EMC Dyrektywa : 2004/108/EC; Ustawa z 13.04.2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej, Dz.U. 82 z 2007 poz. 556)
(EMC Directive : 2004/108/EC – electromagnetic compatibility)

Wykonawca : SK TECH CO. LTD, 820-2, Wolmoon-Ri, Wabu-Up, Namyangju-Si, Kyungii-Do, KOREA
(carried out by)
Użyte standardy : EN 61000-3-2:2005, EN 61000-3-3:1994+A2:2005,
(standards used) CISPR 11:2003+A1:2004 Class A
EN 61326-1:2006 (Basic Immunity test requirements)
EN 61326-2-1:2006
Nr projektu : SKTCEE-100504-068
(Test Report no.)

LVD Dyrektywa : 2006/95/EC; Rozporządzenie MG z 21.08.2007, Dz.U.155 z 2007 poz. 1089) – bezpieczeństwo elektryczne
(LVD (Directive : 2006/95/EC – formerly 93/68/EEC) – electrical security)
Wykonawca : SK TECH CO. LTD, 820-2, Wolmoon-Ri, Wabu-Up, Namyangju-Si, Kyungii-Do, KOREA
(carried out by)
Użyte standardy : EN 60950-1:2006
(standards used)
Raport z testów nr **: SKTSCE-100531-064**
(test report no.)

NAWI Dyrektywa : 2009/23/EC (Rozporządzenie MGiPS z 11.12.2003, Dz.U. 4 z 2004 poz. 23) – zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych
(NAWI (Directive : 2009/23/EC) - metrological aspect of non-automatic weighing instruments)
Wykonawca : National Weights & Measures Laboratory. Stanton Avenue Teddington Middlesex TW11 OJZ United Kingdom
(carried out by)
Użyte standardy : EN 45501 z wyłączeniem punktu 8.2
(standards used)
Zatwierdzenie typu **: UK2894**
(EC Type-approval)

Nazwisko : Piotr Dobruszek - Prokurent **Data : 03 września 2012**
(name) (date)